

中华人民共和国行业标准

水中无机阴离子的测定 (离子色谱法)

SL 86—1994

Determination of inorganic anions in water
(Ion chromatography method)

1 总则

1.1 主题内容

本标准规定了用离子色谱法测定水中无机阴离子。

1.2 适用范围

本标准适用于地面水、地下水、饮用水、降水和工业废水中氟离子、氯离子、亚硝酸根、硝酸根、磷酸氢根、硫酸根的测定。方法检测限(MDL)分别为： F^- 0.01mg/L、 Cl^- 0.02mg/L、 NO_2^- 0.013mg/L、 NO_3^- 0.009mg/L、 HPO_4^{2-} 0.009mg/L、 SO_4^{2-} 0.02mg/L。

1.3 干扰及消除

1.3.1 与待测阴离子的保留时间相近或峰重叠的物质可引起干扰。高浓度的阴离子能干扰邻近阴离子峰的分辨率,应通过稀释样品或样品加标消除其干扰。

1.3.2 将相当于 1mL 淋洗液加到 10mL 样品和标准溶液中,可消除水峰对 F^- 和 Cl^- 的干扰。

1.3.3 弱保留阴离子或不被保留的阴离子,如 CO_3^{2-} 和小的有机阴离子干扰 F^- 的测定。在 F^- 的浓度大于 1.5mg/L 时,这种干扰影响不大。反之,应考虑改用弱淋洗液。

2 原理

离子色谱法测定无机阴离子是利用离子交换原理进行分离,由抑制柱扣除淋洗液背景电导,然后利用电导检测器进行测定。根据混合标准溶液中各阴离子出峰的保留时间以及峰高进行定性和定量测定各种阴离子。

3 仪器

3.1 离子色谱仪:由离子色谱仪及所需附件组成的分析系统,包括注射器、分离柱、压缩空气、检测器。

3.1.1 阴离子保护柱:填料与分离柱相同。

3.1.2 阴离子分离柱:Dionex AS4A 柱或等效柱。

3.1.3 阴离子抑制装置:Dionex 阴离子微膜抑制器或等效抑制柱。

3.1.4 检测器:电导池。

3.2 记录仪:与离子色谱仪配套的记录仪(或积分仪)。

3.3 分析天平:感量 0.0001g。

3.4 常用实验设备。

4 试剂

4.1 纯水:不含待测阴离子的重蒸馏水或去离子水,电导率应小于 0.1mS/m。

式中： C ——阴离子浓度，mg/L；
 H ——待测阴离子的峰高或峰面积；
 F ——标准物浓度与标准物峰高(或峰面积)之比；
 D ——稀释因子。

8 精密度和准确度

5个实验室对含 F^- 2.00mg/L、 Cl^- 2.00mg/L、 NO_3^- 10.00mg/L、 NO_2^- 10.00mg/L、 HPO_4^{2-} 30.00mg/L和 SO_4^{2-} 20.00mg/L的标准样品进行验证实验。测得 F^- 的相对标准偏差为1.51%，相对误差为1.80%； Cl^- 的相对标准偏差为1.67%，相对误差为1.68%； NO_3^- 的相对标准偏差为1.70%，相对误差为1.41%； NO_2^- 的相对标准偏差为1.84%，相对误差为1.30%； HPO_4^{2-} 的相对标准偏差为1.75%，相对误差为1.65%； SO_4^{2-} 的相对标准偏差为1.48%，相对误差为0.99%。

对6种阴离子含量0.15~25.0mg/L的饮用水、地面水和工业废水水样进行测定，相对标准偏差为0.4%~4.8%，加标回收率为95%~110%。

9 注意事项

9.1 样品中含有大于0.45 μ m的颗粒物及试剂溶液中含有大于0.2 μ m的颗粒物时，必须用微孔滤膜过滤除去，以免颗粒物对仪器流路的堵塞。

9.2 标准溶液贮于聚乙烯塑料瓶中，在4℃保存时，贮备液至少可稳定一个月。标准使用液必须每周配制，亚硝酸根、磷酸氢根的工作标准溶液应现用现配。

9.3 不同型号仪器的色谱条件，可根据仪器说明书自行选定，只要能满足质量控制要求，也可采用其它柱子、色谱条件或检测器。

9.4 要经常校核校准曲线，特别是淋洗液改变或衰减调节时更要校核。一般每测定一系列试样(20个样品后)应校核一次校准曲线。若任何一个离子的响应值或保留时间改变大于±10%，应重新作校准曲线。

9.5 在每次进样时，必须用新的样品彻底冲洗进样环路。标准溶液和样品要使用同样大小的样品环。